



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ
RUA: Cel. Pedro Castelo Nº390 B- Centro- Baturité-CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com

ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010.01/2019

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CE.

Este adendo tem por finalidade alterar as especificações do item 01, constante no Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº. 1010.01/2019.

TERMO DE REFERÊNCIA

4.0 ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

Onde Lia-se:

(...)

APARELHO DE ULTRASSOM				
ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	UND	POLI	TOTAL
01	Ultrassom Diagnóstico exames avançados - Aparelho para Ultrassonografia. Descrição Técnica Mínima: - Aparelho de ultrassom digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens. Aplicações: Abdominal, vascular, obstetrícia, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, biopsia, cardiologia; - Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume. ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento leve e de fácil mobilidade com quatro rodas articuladas com travas e puxadores frontais; - Monitor LED Full HD 19,0 á 25.5" de alta definição com possibilidade de rotação e angulação; - Mínimo de 03 portas simultâneas e ativas para transdutores; - Mínimo de 04 portas USB 2.0; - Sistema operacional baseado em Microsoft Windows; - Transdutores multifrequenciais de banda larga; - Conectividade avançada; - HDD integrado de 500 GB no mínimo; - Teclado físico; - DICOM: possibilita a compatibilidade total com os arquivos em rede, PACS, impressoras em rede e diversos tipos de servidores DICOM; Transdutores de configuração: - Convexo (no minimo:2 a 8 MHz). - Linear (no mínimo 6 a 12 MHz) de 40 mm. - Endocavitário (no mínimo 4 a 9 MHz) - Transdutor Setorial adulto: (no mínimo 2 a 4 MHz); - Fonte de alimentação (100-240v) automático ou 220v; - Garantia integral mínima de 24 meses do fabricante; - Treinamento Operacional Incluso; - Atualizações de versão de software gratuitas durante o período de garantia integral; - Instalação física inclusa; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	UNID	01	01



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ
RUA: Cel. Pedro Castelo Nº390 B- Centro- Baturité-CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com

(...)

Leia-se agora:

(...)

APARELHO DE ULTRASSOM				
ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	UND	POLI	TOTAL
01	<p>Ultrassom Diagnóstico exames avançados - Aparelho para Ultrassonografia. Descrição Técnica Mínima: - Aparelho de ultrassom digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens. Aplicações: Abdominal, vascular, obstetria, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, biopsia, cardiologia; - Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume. ESPECIFICAÇÕES: - Equipamento leve e de fácil mobilidade com quatro rodas articuladas com travas e puxadores frontais; - Monitor LED ou LCD HD 15,0 a 25.5" de alta definição com possibilidade de rotação e angulação; - Mínimo de 03 portas simultâneas e ativas para transdutores; - Mínimo de 04 portas USB 2.0; - Sistema operacional baseado em Microsoft Windows; - Transdutores multifrequenciais de banda larga; - Conectividade avançada; - HDD integrado de 500 GB no mínimo; - Teclado físico; - DICOM: possibilita a compatibilidade total com os arquivos em rede, PACS, impressoras em rede e diversos tipos de servidores DICOM; Transdutores de configuração: - Convexo - Linear - Endocavitário - Transdutor Setorial adulto - Fonte de alimentação (100-240v) automático ou 220v; - Garantia integral mínima de 24 meses do fabricante; - Treinamento Operacional Incluso; - Atualizações de versão de software gratuitas durante o período de garantia integral; - Instalação física inclusa; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.</p>	UNID	01	01

(...)

Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. Como a presente alteração influencia diretamente na elaboração da proposta de preços a licitação que anteriormente foi suspensa, terá sua data remarcada para 21/11/2019 às 10:00.

Baturité – CE, 06 de novembro 2019.

**David Maciel de Almeida
Pregoeiro**